



Општа БОЛНИЦА Панчево

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 10.06.2019. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje broj 1:

U tehničkim karakteristikama pod rednim brojem 2 stoji zahtev da vrata parnog sterilizatora budu horizontalna.

Obzirom da različiti proizvođači nude i bolja rešenja, kao što su vertikalna i horizontalna klizna vrata, koja osim očiglednih prednosti u vidu ergonomije, smanjuju prostor koji aparat zahteva, postavljamo pitanje:

Da li će naručilac prihvatiti ponudu uređaja sa drugačijim sistemom otvaranja vrata?

Odgovor:

Horizontalno otvaranje vrata je najjednostavnije na tržištu. Upotrebom ovakvog sistema smanjuje se broj pokretnih delova i električnih komponenti. U želji da se smanji broj potencijalnih problema i servisnih intervencija u toku perioda eksploatacije, odabrali smo sistem koji zahteva najmanje održavanja.

Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije.

Pitanje broj 2:

U tehničkim karakteristikama pod rednim brojem 5 stoji da je komora neprolazna, četvrtastog poprečnog preseka zapremine 1 STU.

U silju proširenja konkurencije, a i standard EN 285 ne zahteva specifičan oblik komore, jer kvalitativno ne utiče na ciklus sterilizacije, postavljamo pitanje:

Da li će naručilac prihvatiti uređaj sa okruglom komorom sa unutrašnjim pravougaonim okvirom?

Odgovor:

Komora četvrtastog poprečnog preseka ima iskorišćenost od preko 90%. To znači da nema bespotrebnog trošenja energije za popunjavanje delova komore koji su neiskorišćeni, što je slučaj kod komora cilindričnog oblika. Komora cilindričnog oblika ima veću litražu u odnosu na komoru četvrtastog poprečnog preseka kako bi imala kapacitet od 1STU. To iziskuje veću potrošnju suvozacijene pare, duže vreme evakuacije i veću potrošnju energenata. Naručilac mora u obzir da uzme sve ove faktore. Iz tog razloga naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Pitanje broj 3:

U tehničkim karakteristikama pod rednim brojem 21 stoji da je maksimalna snaga generatora pare 8kW.

Obzirom da od snage generatora pare zavisi brzina zagrevanja, ovaj zahtev ograničava konkurenciju, a naručioca dovodi u situaciju da dobije uređaj lošijih karakteristika sa dužim ciklusima sterilizacije te iz tog razloga postavljamo pitanje:

Da li će naručilac prihvatiti ponudu uređaja sa integrisanim generatorom pare snage do 15kW?



Општина **БОЛНИЦА** Панчево

Odgovor:

Tehnički uslovi koje je naručilac postavio definišu maksimalnu snagu električne energije koja je dostupna za uređaj koji je predmet javne nabavke. Veća snaga generatora pare bi ugrozila rad postojećih uređaja.

Snaga generatora pare ne ukazuje na efikasnost rada sterilizatora. Mnogo je drugih faktora koji utiču na brzinu rada sterilizatora. Snaga generatora pare se u tom smislu može smatrati irelevantnom. Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Pitanje broj 4:

U tehničkim karakteristikama pod rednim brojem 23 su navedene maksimalne dimenzije sterilizatora.

Faktor koji nije uračunat su vrata sa horizontalnim otvaranjem koja dodatno ograničavaju prostor te se iz toga izvodi zaključak da u maksimalnim dimenzijama sterilizatora naručilac nije brinuo o prostoru i ergonomiji, već je dimenzije stavio da bi ograničio konkurenciju na jednog proizvođača sa tim dimenzijama.

Da li će naručilac prihvatiti ponudu uređaja sa većim dimenzijama?

Odgovor:

Svaki sterilizator mora imati planirani manipulativni prostor za rad operatera i taj prostor mora biti minimalno 80 cm ispred sterilizatora. Vrata koja se horizontalno otvaraju se uklapaju u taj manipulativni prostor. Stoga za naručioca nije prihvatljiv sterilizator većih dimenzija. Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Pitanje broj 5:

U tehničkim karakteristikama za rotacionu lepilicu pod rednim brojem 15 navedene su dimenzije uređaja, naše pitanje glasi:

Da li će naručilac prihvatiti lepilicu istih karakteristika, a drugih dimenzija?

Odgovor:

Naručilac je definisao maksimalne prihvatljive dimenzije. Ponuđači mogu ponuditi uređaj manjih dimenzija. Uređaji većih dimenzija nisu prihvatljivi za naručioca zbog raspoloživog radnog prostora. Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Pitanje broj 6:

U tabeli 2 naveli ste da je potrebno u pisati broj rešenja od ALIMS-a, da li je potrebno da Rotaciona lepilica takođe ima Mišljenje od ALIMS-a jer se i ona koristi u medicinske svrhe?

Odgovor:

Sama činjenica da potencijalni ponuđač smatra da treba dostaviti Mišljenje od ALIMS-a govori o tome da lepilica nije medicinsko sredstvo. Naručilac je jasno definisao uslove za učešće i neophodnu dokumentaciju za dokazivanje istih, te smatra nepotrebnim da bilo šta dodaje. Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Komisija za JNOP 19/19