



Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 10.03.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje broj 1:

„Понуђачи су дужни да уз понуду доставе оригинал или фотокопију Каталога или извод из Каталога и упутство за употребу понуђених добара, са преводом на српски језик одобрен од Алимс-а на основу којег ће Наручилац недвосмислено извршити проверу свих наведених техничких карактеристика.“

Molimo vas da pojasnite da li je potrebno da od ALIMS-a bude odobren katalog ili uputstvo za upotrebu?

Ukoliko se uslov odnosi na katalog, molimo vas da imate u vidu da ispunjenost tehničkih karakteristika traženog medicinskog sredstva se ne mora isključivo dokazivati Katalogom proizvođača odobrenog od strane ALIMS-a i Rešenjem Alims-a kojim se odobrava upotreba predmetnog promotivnog materijala, obzirom da ponuđači ne moraju nužno oglašavati medicinsko sredstvo. Da li će ponuđač vršiti oglašavanje medicinskog sredstva ili ne radi podsticanja propisivanja medicinskog sredstva, snabdevanja, prodaje i potrošnje je na volji ponuđača i zavisi od poslovne politike ponuđača. Dalje to znači, da će se odredba člana 164. primeniti samo ukoliko zainteresovano lice odluči da reklamira svoj proizvod, pa u tom slučaju mora postupiti po postupku propisanim članom 164. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima. Stoga odobreni katalog od strane ALIMS-a i Rešenje Alims-a kojim se odobrava upotreba kataloga nije jedini dokaz o ispunjenosti tehničkih karakteristika dobara, već to mogu biti i drugi dokumenti koje je predvideo naručilac u vidu proizvođačkog kataloga i tehničkog lista.

Odgovor broj 1:

Uslov se ne odnosi na katalog, nije potrebno dostaviti Katalog odobren od strane ALIMS-a. Pomenuti uslov se odnosi samo na uputstvo za upotrebu, a misli se na uputstvo koje se podnosi ALIMS-u prilikom registracije medicinskog sredstva.

Pitanje broj 2:

Takođe vas molimo da izvršite izmenu u partiji 6 Dijalizator high flux 2.1m² 108ml volumen punjenja dijalizatora krvi sterilisan bez etilen oksida i omogućite učešće ponuđača koji nude dijalizator sa volumenom punjenja koji nije 108ml s obzirom da pomenuti parametar nema značaja na efekat dijализacije, a postavljanjem ovakvog uslova jasno se ograničava konkurenca.

Odgovor broj 2:

U našem HD centru najveći broj pacijenata su dijabetičari i kardiološki bolesnici koji su kardio – vaskularno nestabilni. Dijalizatori sa malim volumenom punjenja (108ml) omogućavaju najmanje interdijalizne komplikacije (pad pritiska i slično) što je i naše dugogodišnje iskustvo sa njima dokazalo.

Komisija za JNOP 02/17