



Opšta bolnica Pančevo  
Miloša Trebinjca broj 11  
Pančevo  
Datum: 02.11.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

**Pitanje:**

Dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije, za javnu nabavku broj 24/17, Potrošni materijal za transfuziju, Partija 9 – PVC Strip Plate Greiner ploče za arhiviranje uzoraka davalaca krvi.

Zamolili bismo vas da nam pojasnite, a vezano je za partiju 9:

1. Kakvo dno treba da imaju tubice u stripovima: U ili F i kakav kapacitet vezivanja: srednji (F ili U) ili visok (U)?

**Odgovor:**

Poštovani,

1. U pitanju su ploče sa ravnim dnom za arhiviranje uzoraka dobrovoljnih davalaca krvi, zapremine 300ml kompatibilne sa DaVinci Quattro aparatom i verzijom softvera.

Komisija za JNOP 24/17