



Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 09.02.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje:

Da li Naručilac, za partiju 138 pored proizvođačkih sertifikata, podrazumeva dostavljanje i Potvrde o kompatibilnosti (šprica sa aparatom) proizvođača opreme?

Odgovor:

Ne. Ne podrazumeva se. Naručilac ostaje pri svom stavu, da je nophodno dostaviti uzorke, na osnovu kojih će Naručilac da ustanovi da li je ponuđeni proizvod kompatibilan sa aparatom. Ponuda ponuđača koji dostavi uzorak koji ne odgovora biće odbijena kao neodgovarajuću.

Komisija za JNOP 01/17