

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 03.02.2020. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje:

Poštovani,

Molim za odgovor na pitanje vezano za javnu nabavku JNOP broj 01/20 pod nazivom - Potrošni sanitetski materijal, vezano za Partiju broj 73, stavka 1 i stavka 2:

Partija broj 73/1 pod nazivom: Ureteralni JJ stent, promera CH 4,8, 6, 7, 8 O/C dužine 28cm.
Komponente seta: 1) JJ sonda u organizmu od 3-6 nedelja, graduisana, od radiopaknog poliuretana - PUR; 2) Pušer 40cm; 3) Žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od 150cm; 4) Štipaljka

Da li bi za navedenu Partiju broj 73/1 bilo odgovaraje sredstvo sledećih karakteristika: Ureteralni JJ stent CH 4,7, 6, 7, 8, O/C , dužine 28cm. Komponente seta : 1) JJ sonda u organizmu do 6 meseci, graduisana, od radiopaknog poliuretana -PUR; Pušer 50-70cm; 3) Žica vodilja sa fleksibilnim krajem od 145cm; 4) Štipaljka

Partija broj 73/2 pod nazivom: Intraureteralni stent, JJ sonda, promera CH 4,8 6, 7 dužine 28cm i 30 cm. Komponente seta: 1) JJ sonda, jedna „pigtail“, O/C, u organizmu do 12 meseci, graduisana, od Vortek materijala; 2) Pušer dužine 75cm; 3) Žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od 150cm; 4) Štipaljka

Da li bi za navedenu Partiju broj 73/1 bilo odgovaraje sredstvo sledećih karakteristika: Ureteralni JJ stent CH 5, 6, 7, 8 O/C dužine 28cm i 30cm. Komponente seta : 1) JJ sonda, jedna pigtail, u organizmu do 12 meseci, graduisana ; 2) Pušer dužine 50-70cm; 3) Žica vodilja sa fleksibilnim krajem od 145cm; 4) Štipaljka

Odgovor:

Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz tehničke specifikacije, koja je uradjena prema potrebama istog.

Komisija za JNOP 01/20