

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 07.02.2020. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje:

Poštovani,

U skladu sa članom br. 63 Zakona o javnim nabavkama, molimo Vas za dodatne informacije u vezi sa pripremanjem ponude za JNOP br. 01/20.

U partiji br. 124 (Zaštitna oprema za bezbedno rukovanje sa citostaticima), da li je prihvatljivo ponuditi dobra sledećih karakteristika:

1. zaštitni nesterilni mantil za jednokratnu upotrebu, sa posebnim zaštitnim slojem koji sprečava prodiranje čestica i tečnosti, zaštitna oprema kategorije III u skladu sa uredbom EU 2016/425, testiran u skladu sa EN13034:2005; EN 14605:2005+A1:2009-05 (D); EN 530:2010; EN 14325:2018; ISO 7854; EN ISO 2073-4; EN ISO 13934-1; DIN EN 863; EN ISO 6529; EN ISO 13935-2;

EN ISO 13688 i ISO 13485- Sistem upravljanja kvalitetom za proizvodnju medicinskih sredstava (napomena: u tehničkoj specifikaciji je za mantil pogrešno naveden standard ASTM D 69780-05 koji ne postoji)

2. zaštitna maska za lice za rad u medicini sa respiratorom FFP3 u skladu sa Uredbom EU 2016/425, kategorija III EN 149:2001+A2009, koja sprečava prodor čestica preko 99,9%?

Odgovor:

U zakonskom roku za objavljivanje zahteva za pojašnjenje konkursne dokumentacije, naručilac nije uspeo da utvrdi da li su vaše sugestije i predlozi prihvatljivi. Ukoliko naručilac utvrdi da jesu biće obuhvaćeni izmenom tehničke specifikacije konkursne dokumentacije, koju objavljujemo u narednih par dana.

Komisija za JNOP 01/20