

Opština bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 14.02.2020. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

- **Partija 123** – Potrošni materijal za plazma sterilizator Sterrad NX: Stavka 1 – Sterrad NX Cassettes ili ekvivalent: Molimo Vas da ovu stavku izmestite u posebnu partiju, pošto za ovako sastavljenu specifikaciju partije ispravnu ponudu može da ponudi samo 1 ponuđač - ovlašćeni distributer Sterrad NX aparata. Za ostalih 6 stavki u okviru partije postoji više od jednog ponuđača, pored predhodno navedenog ovlašćenog distributera, koji mogu da daju ispravnu ponudu.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- **Partija 67** – Potrošni materijal za kontrolu sterilizacije-indikator: Da li je prihvatljivo ponuditi pakovanje 200/1? Možete li promeniti specifikaciju tako da jedinična cena bude za komad, a ne za pakovanje?
Prihvata se, biće izmenjena konkursna dokumentacija.
- **Partija 71** – KATETER TIEMAN SA BALONOM, SILIKONSKI Molimo Vas da prihvatite i poprečni presek cilindričan sa balonom do 15ml osim poprečni presek pravougaonik obzirom da je funkcionalnom smislu to bolji presek što su dokazale i studije koje možemo da Vam dostavimo.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- **Partija 73** – JJ SONDA Molimo Vas da prihvatite i sledeće: **za stavku 1:** Ureteralni JJ stent, promera CH 4.8, 6, 7, 8 O/C dužine 28cm. Komponente seta: 1) JJ sonda u organizmu od 3-6 nedelja, građuisana, od radiopaknog poliuretana ; 2) Pušer 40-45cm; 3) Žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od 100-150cm; 4) Štipaljka; **za stavku 2:** Intraureteralni stent, JJ sonda, promera CH 4.8 dužine 28cm . Komponente seta: 1) JJ sonda, jedna „pigtail“, O/C, 2) Pušer dužine 90cm; 3) Žica vodilja sa fleksibilnim krajem u dužini od 150cm; 4) Štipaljka.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- **Partija 74** – URETERALNE SONDE Tražene su sonde Neoplex, što je zaštićeni naziv materijala određenog proizvođača, a ZJN isključuje korišćenje *trademarke* u tehničkoj specifikaciji. Postoje mnoge vrste polyestera i polivinil - hlorida, što je sve skraćeno spada u PVC.
Kod svakog naziva gde se eventualno pojavljuje zaštićeni naziv dobara, podrazumeva se „ili odgovarajuće” u skladu sa članom 71. ZJN-a.
- **Partija 75** – KATETER NELATON SA BALONOM, SILIKON Molimo Vas da prihvatite i poprečni presek cilindričan sa balonom do 15ml osim poprečni presek pravougaonik obzirom da je u funkcionalnom smislu to bolji presek što su dokazale i studije koje možemo da Vam dostavimo.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- **Partija 78** – BEŠIČNI OPERATIVNI KATETERI – SILIKON Molimo Vas da prihvatite i poprečni presek cilindričan osim poprečni presek pravougaonik obzirom da je u funkcionalnom smislu to bolji presek što su dokazale i studije koje možemo da Vam dostavimo. Da li će te prihvatiti katetere od latexa dužine 40cm, koje smo ranije isporučivali vašoj instituciji.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- **Partija 79** – PROSTATIČNI OPERATIVNI KATETERI – SILIKON Molimo Vas da prihvatite i poprečni presek cilindričan osim poprečni presek pravougaonik obzirom da je u funkcionalnom smislu to bolji presek što su dokazale i studije koje možemo da Vam dostavimo.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- **Partija 80** – ŠEVASI SONDE Molimo Vas da potvrdite da će te prihvatite sonde i dužine 70cm.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- **Partija 81** – KATETER MERCIE - BEZ BALONA Traženi su kateteri Neoplex, što je zaštićeni naziv materijala određenog proizvođača, a ZJN isključuje korišćenje *trademarke* u tehničkoj specifikaciji. Da li će te prihvatiti kateter od PVC-a, dužine 37cm.
Kod svakog naziva gde se eventualno pojavljuje zaštićeni naziv dobara, podrazumeva se „ili odgovarajuće” u skladu sa članom 71. ZJN-a. Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.



Општа БОЛНИЦА Панчево

- Molimo tendersku komisiju da prihvati za **Partiju 170**, učešće više ponuđača i obezbedi konkurenciju a sve u skladu sa ZJN. Da li će te prihvatiti set za perkutanu nefrostomiju sa dilatorom sledećeg opisa: Set za nefrostomiju: kateter dužine 30 cm sa 6 bočnih rupa, sa dvodelnom iglom za punkciju sa ehogenim vrhom dijametra 17,5G, dužine 20cm, vodič sajlom 0,035 inča, dužine 80cm, dvodelnim radiopaknim dilatorom sa split sheat i adapterom za drenažnu kesu tipa LL. Veličine od 8 do 10 F.
Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju prema svojim potrebama strogo vodeći računa da ni na jedan način ne povredi bilokoju odredbu Zakona o javnim nabavkama. Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- Molimo Vas za dodatnu informaciju u vezi partije br 68-Test trake za kontrolu parne sterilizacije dimenzija 18mmx50m da li prihvatate i test trake dimenzija 19mmx50m, s obzirom na minimalne razlike u dimenzijama a istih ostalih traženih karakteristika?
Prihvata se.
- Za partiju 108: Za stavku broj 15 molimo Vas precizirajte da li vam trebaju pakovanja ili komadi? Za stavku broj 17 navedite potrebnu količinu?
Biće izmenjena tehnička specifikacija.
- Za partiju 110: Za stavku broj 12 navedite potrebnu zapreminu dispezera koje mogu biti 0,5-5ml, 1-10ml, 2,5-25ml, 5-50ml (u stavci broj 18 tražen je dispenzer zapremine 1-10 ml). Za stavku broj 13 – levkovi po proizvođačkoj specifikaciji izraženi su po prečniku levka (o 25, 35, 40, 50, 55, 65, 70, 75, 80, 100, 125, 150, 300) ne po zapremini, osim ako ne mislite na levak po Squibu od 500ml. Navedite odgovarajući levak. Za stavke 14, 15 navedite potrebnu količinu.
Biće izmenjena tehnička specifikacija.
- Za partiju 135: U okviru partije 135, vecina navedenih hemikalija je kvaliteta proanalysis kao sto ste vi i naveli. Naziv partije ste napisali HEMIKLIJE II – po vazecoj farmakopeji, sto se kosi sa zahtevanim kvalitetom hemikalija iz tabele. Iz tog razloga je potrebno da promjenite naziv partije i time resite nastale nedoumice. U suprotnom potrebno je da navedete kog kvalitete su Vam potrebne hemikalije iz partije 135?
Biće izmenjena tehnička specifikacija.
- Za partije 26, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 125 da li je prihvatljivo priložiti tehničku specifikaciju samo na engleskom jeziku bez prevoda na srpski jezik,kako bismo izbegli veliki broj štampanog materijala?
Naručilac ostaje u svemu pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.
- Partija 116: da li nožići moraju imati obostrano sečivo?
Biće precizirano konkursnom dokumentacijom.

Komisija za JNOP 01/20