



Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 12.02.2018. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 1.

Molimo Vas za pojašnjenje za JN br. 01/18 Javna nabavka Potrošni sanitetski materijal za partiju broj 10.

Stavka 6

Rukavice hirurške sterilne za ortopedske procedure, jednostruke (od lateksa, netalkirane, AQL1.0, dužine min. 280mm, debljina na prstima 0,29mm, debljina na dlanu 0,26mm) - potrebna količina 2.000 pari i

Stavka 8

Rukavice hirurške sterilne za ginekološke procedure (od lateksa natalcirane, AQL 1.0 dužine min. 480mm, debljina na prstima 0,24mm, debljina na dlanu 0,23mm) - potrebna količina 50 pari

Molimo Vas da stavke 6 i 8 izdvojite u zasebnu partiju obzirom da se radi o specifičnim rukavicama za koje postoji samo jedan nosilac Rešenja ALiMS, odnosno obzirom da je tehnička specifikacija za partiju 10 definisana na način da je može ispuniti samo jedan ponuđač jer se radi o prepisanim tehničkim karakteristikama iz tehničke specifikacije kataloga samo jednog proizvođača.

Naše navode možete proveriti na sajtu proizvođača i to:

Za stavku 6. Rukavice hirurške sterilne za ortopedske procedure, proizvođač: Kanam Latex Industries Pvt.Ltd., India, na internet stranici:

http://www.kanamlatex.com/surgicare_ortho.html

Za Stavku 8. Rukavice hirurške sterilne za ginekološke procedure proizvođač: Kanam Latex Industries Pvt.Ltd., India, na internet stranici:

http://www.kanamlatex.com/surgicare_long_cuff.html

Nosilac Rešnja ALiMS kod Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je TEHMAR Promet .

U prilogu dostavljamo prospekte sa navedenih internet stranica.

Još jednom napominjemo da se dobra za stavke 6 i 8 traže u mnogo manjoj količini

(2.050 pari) u odnosu na ostale stavke iz partije koje se traže u ukupnoj količini od 121.000 pari, što ukazuje na neopravdano narušavanje konkurencije i jednakosti ponuđača. Potreba naručioca za samo 2050 pari rukavica iz stavki 6 i 8 ukazuje da je naručilac ugrozio transparentnost celog postupka i zloupotrebio formiranje predmeta nabavke tako što je nabavci dobara za koje postoji otvorena konkurencija na tržištu priključio dobra stavke 6 i 8 za koja samo jedan ponuđač ima isključivo pravo, umesto da je svoju potrebu za tim dobrom ostvario kroz formiranje posebne partije odnosno da predmet nabavke za koje postoji isključivo pravo nabavlja sa određenim ponuđačem.

Takođe u prilogu dostavljamo i usvojeno Rešenje Republičke Komsije za zaštitu prava kojim Republička Komisija ne dozvoljava način oblikovanja partija na način da se partije "zaključavaju" bilo količinom bilo tehničkim karakteristikama.

Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije i stavke 6 i 8 iz partije 10 izdvojite u posebnu partiju čime bi omogućili učešće većeg broja ponuđača i ispoštovali načelo ekonomičnosti u trošenju budžetskih sredstava.

Odgovor 1:

Naručilac ostaje pri svom zahtevu.

Pitanje 2.

JN 01/18

PARTIJA 1

Gaza 100mx80cm utkani rub sa obe strane

Molimo Vas za uvažavanje primedbe da se za partiju 1 - Gaza 100mx80cm utkani rub sa obe strane može ponuditi gaza sa jednostrano utkanim rubom uz obrazloženje osnovnih ekonomskih i praktičnih razloga uštede i zastupljenost ovog tipa na tržištu a bez narušavanja odnosno gubitka definisanog nivoa kvaliteta traženog predmetnog dobra.

Odgovor 2.

Prihvata se da Gaza 100m*80cm gustine 10/7 z/cm2 bude sa jednostrano utkanim rubom.

Pitanje 3.

PARTIJA 2 stavka 1 sterilna kompresa 5X5

Molimo da precizirate slojeve komprese koja Vam je potrebna 8,12,16

Odgovor 3.

Potreban sloj komprese: 8

Komisija za JNOP 01/18