



Opšta bolnica Pančevo  
Miloša Trebinjca broj 11  
Pančevo  
Datum: 14.02.2018. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

**Pitanja:**

1. Dana 08.02.2018. godine, na naš zahtev ste objavili specifikaciju traženih Alergena. U navedenoj specifikaciji za Inhalatorne alergene naveli ste i dve stavke koje se više ne proizvode i to: 6. Bubašvabe; 17. Otrovi ose. Ovim putem Vas molimo da ove dve stavke izostavite iz tražene specifikacije i na taj način omogućite učestvovanje na tenderu.
2. Molimo vas da rolne u partiji 127 odvojite od kertridza, jer ovako napravljena specifikacija sužava konkurenciju i favorizuje jednog ponuđača.
3. Da li je za partiju broj 110 stavka broj 5 epruveta 16x100 graduisana, prihvatljivo ponuditi centrifušku epruvetu 16x107 10 ml sa graduacijom? Molimo Vas da imate u vidu da je traženu epruvetu proizvodio Spektar Čačak koji je u stečajnom postupku.
4. Da li je za partiju 110 stavka broj 16 nastavci za Oxford beli 0,25 ml prihvatljivo ponuditi Oxford nastavke 5-200ul? Molimo Vas da imate u vidu da tražene nastavke 0,25 ml imao je Spektar Čačak u svom proizvodnom programu u opsegu od 5-250ul koji je u stečajnom postupku.
5. Da li je za partiju 110 stavka broj 18 prihvatljivo ponuditi HDPE kutiju od 1200 ml?
6. Za partiju 110 stavka broj 15 posude za koprokulturu: sterilne ili nesterilne?
7. Da li je za partiju 112 stavka broj 21 široka posuda sa poklopcem, prihvatljivo ponuditi posudu za vatu sa poklopcem, dimenzija 100x100 ili 120x120 ili 150x150 s obzirom da su posude kod proizvođača deklarirane po dimenzijama?
8. Za partiju 112 stavka broj 20 pasterova pipeta sa gumicom. Koja dužina pipete je prihvatljiva 150 ili 230 mm? Molimo Vas da još jednom za partiju 112 stavka broj 20 pasterova pipeta sa gumicom, razmotrite količinu traženih gumica za pipete. Kako je gumica zaseban artikal u odnosu na pipetu, količina traženih gumica za pipete od 9000 kom znatno će povećati iznos ponude. Kao ne znamo procenjenju vrednost partije, molimo Vas da razmotrite naš zahtev, jer nismo sigurni da Vam treba ista količina gumica za isti broj pipeta.
9. Da li je za stavku broj 18 iz partije 110 i za stavku broj 6 iz partije 111 prihvatljivo ponuditi ISO 9001 proizvođača?
10. Molimo Vas da nam omogućite da umesto traženih "CONTUR +" test traka za merenje šećera u krvi ponudimo **odgovarajuća dobra**, uz donaciju odgovarajućeg broja aparata gratis koji su potrebni vašoj ustanovi. Molimo Vas da na osnovu Vašeg iskustva odredite broj aparata koji bi gratis donirali Vašoj ustanovi, odnosno na koliko test traka je potrebno da doniramo gratis aparat?
11. Molimo Vas da formirate ispravno partiju 30 s obzirom da su gelovi za UZ, EEG, EKG tri proizvoda sa različitim cenama, pa je ovako kako je partija formirana teško pravilno popuniti i učestvovati u navedenoj partiji.
12. U konkursnoj dokumentaciji u partiji 136 – Boje nalaze se dve stavke koje ne pripadaju toj grupi dobara: Erlihov rastvor i Karbolna kiselina 5%. Svi reagensi u partiji su registrovani u ALIMS-u kao medicinska sredstva, dok su navedene stavke hemikalije, pa vas molimo da ih izdvojite i stavite u odgovarajuću partiju u skladu sa zakonskom regulativom.

13. Molimo naručioca da preispita potrebu za stavkom broj 5, partija 128 (Adhezivni antibakterijski otirač) s obzirom da je navedena godišnja potreba naručioca neuporedivo manja od najmanjih prodajnih pakovanja svih proizvođača čiji su Adhezivni antibakterijski otirači zastupljeni u Srbiji – ukoliko je naručilac izrazio potrebu za 2 lista Adhezivnog antibakterijskog otirača. U slučaju da je naručilac izrazio potrebu za 2 pakovanja Adhezivnih antibakterijskih otirača – molimo naručioca da potrebnu količinu izrazi u komadima listova, obzirom na postojanje u razlikama u broju listova u pakovanjima različitih proizvođača.
14. Da li se u partiji broj **35** – Toplomeri, radi o baždarenim ili nebaždarenim toplomerima i da li Vam odgovaraju digitalni toplomeri? Da li prihvatate da se iz partije broj **127** – Potrošni materijal za plazma sterilizator Sterrad NX, poslednjih pet stavki Pouch Rolls dimenzija (3.)100mmx70m; (4.)150mmx70m.; (5) 200mmx70m; (6)350mmx70m i (7) 500mmx70m) izdvoje u posebnu partiju, kako bi se na taj način omogućila i veća konkurencija među ponuđačima?
15. Navedenu tehničku specifikaciju za partiju 41 (Epiduralni set) ispunjava samo jedan ponuđač na našem tržištu. Da li će se prihvatiti ponuda epiduralnog seta koji ispunjava sve ostale karakteristike tražene specifikacije samo što poseduje špic a 10ml a ne od 8ml?
16. Partija 37: Da li će tenderska komisija prihvatiti da se umesto spinalne igle 18G ponudi 19G, a umesto 26G ponudi 27G, obzirom da različiti proizvođači imaju i različiti raspon veličine igala?
17. Partija 41: Da li će tenderska komisija prihvatiti i *ekvivalente*: Epiduralni set, igla 18G odgovarajući kateter od poliamida dužine 900-1000mm sa tri do šest lateralna otvora, konektor katetera sa klik mehanizmom-sa mehanizmom za zaključavanje , flat filter, L.O.R SPRIC 8-10ml?

#### Odgovori:

1. Prihvata se.
2. Naručilac ostaje pri zahtevima iz tehničke specifikacije.
3. Prihvata se.
4. Prihvata se.
5. Nakon analize na osnovu pitanja, Naručilac je konstatovao da predmetna stavka nije potrebna i da se briše iz tehničke specifikacije.
6. Nesterilne.
7. Prihvata se, dimenzije 100x100.
8. Prihvatljiva je dužina 150mm, potrebno je 9.000 pipeta i 5.000 gumica.
9. Nakon analize na osnovu pitanja, Naručilac je konstatovao da predmetna stavka nije potrebna i da se briše iz tehničke specifikacije.
10. Naručilac ostaje pri zahtevima iz tehničke specifikacije.
11. Naručilac ostaje pri zahtevima iz tehničke specifikacije. Partija je formirana prema potrebama Naručioaca.
12. Biće izmenjena tehnička specifikacija.
13. Nakon analize na osnovu pitanja, Naručilac je konstatovao da predmetna stavka nije potrebna i da se briše iz tehničke specifikacije.
14. Odgovaraju digitalni. Naručilac ostaje pri zahtevima iz tehničke specifikacije.
15. Biće izmenjena tehnička specifikacija.
16. Naručilac ostaje pri zahtevima iz tehničke specifikacije.
17. Biće izmenjena tehnička specifikacija.

Komisija za JNOP 01/18