

Opšta bolnica Pančevo  
Miloša Trebinjca broj 11  
Pančevo  
Datum: 13.03.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

**Pitanje:**

U okviru Partije br. 5 DEFIBRILATORI , EKG APARATI, HOLTERI, PACIJENT MONITORI, CTG APARATI, INFUZIONI PUMPE, OKSIMETRI, ELEKTROHIRURŠKE JEDINICE, uvrštene su i Elektrohirurške jedinice VOLLEYLAB FORCE EZ / FORCE TRIAD TM.

Potrebno je navedene elektrohirurške jedinice izdvojiti u zasebnu partiju jer ne postoji više ponuđača koji mogu servisirati predmetne elektrohirurške jedinice tj. kako bi se stvorila mogućnost sklapanja ugovora o servisiranju.

Molimo Vas da smanjite traženi broj serviseri iz tenderske dokumentacije za novu partiju uzimajući u obzir broj aparata koji će se nalaziti u toj partiji.

**Odgovor:**

Prema saznanju i iskustvu Naručioca, kao i analizirajući tržište i konkursne dokumentacije drugih naručioca, utvrđeno je da za opremu navedenu u partiji br. 5, više ponuđača može obavljati servis na adekvatan i stručan način.

Komisija za JNOP 06/17