



Opšta bolnica Pančevo  
Miloša Trebinjca broj 11  
Pančevo  
Datum: 17.03.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

**Pitanje 1:**

Za partiju broj 9:

- Rezervni delovi koji ne postoje na analognom RTG aparatu SX 1000: Ic kolo, DC DC konvertor, matična ploča sa mikroprocesorom, pokretna kolica Super X 1000, trafo stanica, senzori, softverski program, kočnice – elektronske.
- Rezervni delovi koji nisu definisani nazivom i karakteristikama (snaga, naponi, struje...): HV kondenzator, motor, tiratron cev Super X 1000, RO cev, štampane elektronske ploče, prekidači.
- Rezervni delovi koji se ponavljaju na dvostrukim pozicijama sa drugačijim nazivima:
  - VN kablovi Super X 1000 – VN kablovi;
  - VN generator Super X 1000 – Generator visokog napona;
  - Vremenska jedinica Super X 1000 – Vremenski tajmer.

**Odgovor 1:**

Naručilac prihvata sugestiju zainteresovanog lica, te će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije.

Komisija za JNOP 06/17