



Opšta bolnica Pančevo  
Miloša Trebinjca broj 11  
Pančevo  
Datum: 12.07.2018. godine

**Predmet:** Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje br. 2:

U partiji 1 oprema za sterilizaciju ste uvrstili i laminarne komore.

Molimo vas da laminarne komore izdvojite u posebnu partiju jer one ne spadaju u opremu za sterilizaciju i za njih važe drugi standardi.

Laminarne komore se ispituju u skladu sa standardom SRPS ISO 14644-3, i potrebna je oprema i akreditacija za ovu vrstu merenja.

Molimo vas da zahtev za posedovanje 5 teretnih vozila brišete za novo formiranu partiju.

Da bi se definisala cena rezervnih delova navedite tačne tipove komora koje imate. (naveli ste samo komoru Telstar)

Odgovor br.2

Naručilac je delimično prihvatio sugestiju potencijalnog ponuđača i sledi izmena konkursne dokumentacije.

Komisija za JNOP 19/18