



Општина БОЛНИЦА Панчево



Opština bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 26.12.2019. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude
U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 1:

U obrascu VI, excel tabela koja se odnosi na Tehničku specifikaciju, u Partiji broj 3 navedeni su: Ultrazvučni uređaji: Dijagnostički / Terapijski, Aspiratori, Mikroskopi i Kolposkopi, Negatoskopi i Inhalatori. S obzirom da servisiramo samo Ultrazvučne uređaje kompanije Canon Medical Systems Corporation (prethodno pod imenom Toshiba Medical Systems Corporation) na teritoriji Republike Srbije, molimo vas da Ultrazvučni aparat Toshiba Nemio XG izdvojite u posebnu partiju kako bismo mogli da podnesemo odgovarajuću ponudu za navedeni uređaj.

Odgovor 1:

Naručilac je formirao partiju prema svojim potrebama. Zakonom o javnim nabavkama predviđeno je da ponuđač ponudu može podneti samostalno, kao grupa ponuđača ili kao podizvođač.

Pitanje 2:

23.12.2019. godine uputili smo vam zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije sa molbom da Ultrazvučni aparat Canon Medical Systems Corporation (prethodno pod imenom Toshiba Medical Systems Corporation) izdvojite u posebnu partiju. U slučaju da se usvoji zahtev, molimo vas da razmotrite mogućnost nuđenja garantnog roka na rezervne delove (za navedeni Ultrazvučni aparat) po proizvođačkoj garanciji. Proizvođač Canon Medical Systems Corporation (prethodno pod imenom Toshiba Medical Systems Corporation) pruža tromesečnu garanciju za sve originalne servisne delove od trenutka instalacije. Molimo vas za izmenu konkursne dokumentacije i mogućnost pružanja garancije na rezervne delove prema garanciji proizvođača odnosno tromesečnog garantnog roka na ugrađene rezervne delove od trenutka instalacije, za navedeni Ultrazvučni aparat, tip Toshiba Nemio XG.

Odgovor 2:

Naručilac je formirao konkursnu dokumentaciju prema svojim potrebama, pa samim tim ostaje pri svojim zahtevima iz iste.

Pitanje 3:

U JN 25/19 tražite da se ispitivanja opreme nakon servisa rade u skladu sa standardom IEC 60601. Molimo vas da pored ovog standarda (koji se uglavnom odnosi na proizvodnju medicinskih sredstava) uvrstite i standard: SRPS EN 62353 koji obuhvata: Periodično ispitivanje i ispitivanje nakon popravke elektro-medicinskih uređaja.

Odgovor 3:

Naručilac ostaje pri svojim zahtevima iz konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija neće biti izmenjena.

Komisija za JNOP 25/19