

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 03.05.2018. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 1:

1. Uvidom u konkursnu dokumentaciju utvrdili smo da ste za Partiju 14. U obrascu VI – Tehnička specifikacije, u nazivu partije kao sastav seta naveli :“Pro Hd Set (Set za uključenje i set za isključenje sa dijalize (1 komad sterilne nepropusne podlogene manje od 45*50cm, najmanje 5 rukavica, najmanje 4 flaster trake samolepljive spremne za upotrebu širine od 1-2 cm i dužina od 10-20 cm,najmanje jedan dezinfekcioni set za dezinfekciju bodenja,najmanje 6 višeslojnih gaza od 5*5 do 10*10cm i kompresivni hemostatski flaster :1. 14,5x2,5cm i 2. 14,5x 1,5cm)

- Da li je prihvatljivo da se ponudi set za uključenje i isključenje sa dijalize koji je odgovarajući zahtevom?

- Budući da na tržištu, ne postoji set koji sadrži „dezinfekcioni set za dezinfekciju bodenja“ da li je za naručioca prihvatljivo sda se ovaj zahtev izostavi iz konkursne dokumentacije?

- Da li je za naručioca prihvatljiv set koji sadrži dva kompresivna hemostatska flastera dimenzija 5x7,5cm ili odgovarajuća?

Pitanje 2.

Uvidom u konkursnu dokumentaciju utvrdili smo da ste za Partiju 14. u obrascu VI – Tehnička specifikacije, u nazivu partije kao sastav seta naveli: „ **Pro HD Set (Set za uključenje i set za isključenje sa dijalize (1 komad sterilne nepropusne podlogene manje od 45*50cm, najmanje 5 rukavica, najmanje 4 flaster trake samolepljive spremne za upotrebu širine od 1-2cm i dužina od 10-20cm, najmanje jedan dezinfekcioni set za dezinfekciju bodenja, najmanje 6 višeslojnih gaza od 5*5 do 10*10cm i kompresivni hemostatski flaster: 1. 14,5x 2,5cm i 2. 14,5x1,5cm.)**“.

Članom 71.ZJN određeno je da svako pozivanje na član 70.ZJN mora biti praćeno rečima ili odgovarajuće. Stoga, molimo Vas da promenite konkursnu dokumentaciju u tom delu i pomenutu partiju izmenite, a sve u skladu sa ZJN. Da li bi za naručioca bio odgovarajući set za uključenje i isključenje sa dijalize, koji je sledećeg sastava:

Podloška vodonepropusna	50x50cm	kom. 1
Medicinski flaster	12,5cm x 2,0 cm	kom. 8
Lateks rukavice	srednje veličine	kom. 1
Nitrilne rukavice bez pudera	srednje i velike veličine	kom. 4 (2 XL + 2 XXL)
Hirurška maska	srednje veličine	kom. 1
Hidrofilna višeslojna sterilna gaza	8,0 cm x 10,0 cm	kom. 8
Hemostatički flaster	5,0 x 7,5 cm	kom. 2



Odgovor:

Naručilac je sastavio tehničku specifikaciju u skladu sa svojim potrebama, Naručilac će prihvatiti kao odgovarajuće svako ponuđeno dobro koje po svojim tehničkim karakteristikama odgovara zahtevanom.

Što se tiče dezinfekcionog seta za dezinfekciju bodenja Naručilac zahteva da je ponuđač dužan da uz set za uključenje i isključenje sa dijalize ponudi ili u okviru seta ili posebno dezinfekcioni tuper.

Komisija za JNOP 10/18