

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 22.05.2019. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanja:

U okviru partije 29 JN. 10/19 materijal za mikrobiologiju, potrebno je ponuditi test za Kolistin. Da li ste mislili na trake sa gradijentno predefinisanoj koncentracijom antibiotika? Ili na bujon mikrodilucioni metod za određivanje minimalne koncentracije antibiotika – Colistin? Ukoliko ste mislili na bujon mikrodilucioni test (preporuka Eucast-a i zlatni standard), predlažemo izmenu konkursne dokumentacije u partiji 29.

Jedno pakovanje bujon mikrodilucionog testa za Colistin dovoljno je za 16 izolata (a16), pa vas molimo da izmenite izmenite potrebnu na npr 8 pakovanja.

Odgovor:

Partija se odnosi na trake sa gradijentom koncentracije antibiotika E-test za colistin i ostale navedene antibiotike.

Komisija za JNOP 10/19