



Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 13.02.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 1:

Molim Vas da za partiju broj 67 – Kateter silikonski – Detaljnije definišete koji Vam je silikonski kateter odgovarajući.

Odgovor 1:

Potrebno je da bude 100% silikonski.

Pitanje 2:

Da li je za partiju broj 75 – Irigator – prihvatljiv ureterskopski irigacioni sistem koji se koristi za manualnu irigaciju tokom endoskopije?

Odgovor 2:

Običan irigator (posuda 1 – 1,5) silikonsko ili latex crevo sa slavinicom i nastavkom (za klistiranje)..

Pitanje 3:

Molim Vas da za partiju broj 79 – Folly kateteri – definišete materijal Folly katetera koji je odgovarajući.

Odgovor 3:

Latex ili ekvivalent.

Pitanje 4:

Molim Vas da se partija 193 – Dugotrajni kateter za dijalizu – izmeni, tako da glasi: Dugotrajni CVK kateter za HD sa a.b. zastitom 14 - 14,5 FR, prav duzine 28-55cm.

Odgovor 4:

Biće izmenjena konkursna dokumentacija.

Pitanje 5:

Molim Vas odgovorite mi da li je neophodno poslati uzorke za svaku partiju ili je dovoljno da se pošalje po jedan za svaku partiju?

Odgovor 5:

Potrebno je dostaviti uzorak za svaku stavku unutar partije.

Komisija za JNOP 01/17