

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 24.05.2018. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanja 1:

JNOP 14/18 – Zahtev za dodatnim informacijama. Uvidom u tehničku specifikaciju obrazac broj VI gore pomenute javne nabavke, uočili smo da je partija broj 16 formirana tako da je samo jedan ponuđač na teritoriji Srbije može ponuditi. Naime, u partiji broj 16, u stavci broj 3 ste tražili proizvod koji po svom opisu i karakteristikama zadovoljava samo jedan proizvođač i to Johnson&Johnson. U pitanju je patent proizvod SurgicelSnow i kao takav ima jako visoku cenu. SurgicelSnow se svojim dejstvom i karakteristikama razlikuje od drugih stavki. Ovako formulisana partija dostavlja favorizovaciju ponuđača i onemogućava konkurisanje ostalih ponuđača za preostale stavke 1 i 2 što nije u skladu sa članom 9. Zakona o javnim nabavkama. Molimo Vas da partiju 16 formirate tako da se ne ograničava konkurencija u skladu sa zakonom o JN članovi 9. i 39. Odnosno da izdvojite stavku broj 3 iz partije 16 i time omogućite konkurentnost u skladu sa članom 71. stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Odgovor 1:

Naručilac ostaje pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije. Po našim saznanjima i iskustvu, ima više potencijalnih ponuđača i proizvođača.

Pitanja 2:

1. Da li je za partiju 15 – Šavni materijal za ginekologiju 2, za poziciju 3, umesto tražene igle od 36mm prihvatljivo ponuditi iglu od 37mm?
2. Da li je za partiju 17 – Sintetički upredeni resorptivni konac, umesto tražene tenziona snage do 65% nakon dve nedelje i 40-45% nakon tri nedelje prihvatljivo ponuditi zahtevani konac sa tenzionom snagom do 70% nakon dve nedelje i 50% nakon tri nedelje?
3. Da li je za partiju 9 – Silk za poziciju 5 umesto tražene igle od 30mm prihvatljivo ponuditi iglu od 26mm?
4. Da li je za partiju 7 – Sintetički spororesorptivni monofilamentni konac Polygluconate prihvatljivo ponuditi sintetički monofilamentni polydioxanone konac?

Uvidom u konkursnu dokumentaciju uočeno je da nisu navedena nikakva dozvoljena odstupanja od navedenih dimenzija i uslova za tražena dobra. Obzirom da se karakteristike, dimenzije i ostalo hirurških konaca razlikuju od proizvođača do proizvođača, molimo vas da uvažite molbe, tj dozvolite odstupanja i postupite u skladu sa članom 10. i članom 12. Zakona o javnim nabavkama.

Odgovor 2:

1. Naručilac ostaje pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije.
2. Naručilac ostaje pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije
3. Naručilac ostaje pri svom zahtevu iz tehničke specifikacije.
4. Obzirom da se radi o materijalu koji se koristi u medicinske svrhe, ne može se govoriti o ekvivalentnim spojevima obzirom da čak stereoizomeri istog hemijskog sastava imaju različito delovanje na ljudski organizam.

Prilikom formiranja javne nabavke, kao i tehničke specifikacije, Naručilac se vodio svojim potrebama, te je za isti predmet javne nabavke sprovodio otvoreni postupak javnih nabavki nekoliko godina unazad. Poštovan je Zakon o javnim nabavkama u svim aspektima, obzirom da je specifikacija formirana na osnovu člana broj 9. kao i striktnom primenom članova 70.-72. a koji se odnose na formiranje tehničke specifikacije, a sve prema realnim potrebama Naručioca, te zbog svega prethodno navedenog Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Komisija za JNOP 14/18