



Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 12.07.2018. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude.

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 3.

Na strani 8. Konkursne dokumentacije, za sve partije, osim za partije 13-15 i 77-33 tražite da ponuđači raspolažu dovoljnim tehničkim kapacitetom u smislu da imaju najmanje 5 dostavnih vozila za izvršenje usluga koje su predmet javne nabavke, a što ponuđači dokazuju izjavom da raspolažu sa najmanje 5 teretnih vozila sa tovarnim prostorom koji će se koristiti za prevoz medicinskih sredstava/sklopova aparata koji su predmet servisiranja za izvršenje usluga koje su predmet javne nabavke. Smatramo da dodatni uslov nije u skladu sa članom 76. Zakona o javnim nabavkama jer nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke, odnosno da broj vozila koji zahtevate nije proporcionalan aparatima iz partije. Naime, predmet javne nabavke je servis opreme, a zamena rezervnih delova i potrošnog materijala postoji kao mogućnost, te ne postoji osnov da za pojedine partije tražite da ponuđači poseduju 5 teretnih vozila. Neke od partija, kaona primer partija 16: Aparati za anesteziju Drager, imaju samo šest aparata u okviru partije, te je nejasno po kom osnovu zahtevate navedeni tehnički kapacitet. Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije na način što ćete umesto traženih pet teretnih vozila prihvatići da ponuđači imaju jedno teretno vozilo, kao i da nam odgovorite čime ste se rukovodili kada ste zaneke partije tražili 2, a za neke 5 teretnih vozila.

Odgovor:

Imajući u vidu obim javne nabavke, broja aparata u partijama, te i značaj naše ustanove vrlo je važno da potencijalni ponuđač može obezbediti adekvatan i bezbedan transport naše opreme, do servisa i nazad, bez ikakvih oštećenja.

Imajući u vidu potencijalni ponuđači nemaju samo ugovor sa npr. našom ustanovom o servisiranju opreme, već i sa drugim ustanovama širom Srbije i šire, naručioc treba da obezbedi adekvatan poslovni kapacitet ponuđača kako ne bi došlo do zastoja u radu/servisiranju servisne službe npr. zbog zauzetosti vozila pokvarenosti vozila, što bi za cilj imalo odlaganje servisnih intervencija, neodazivanja na poziv i slično, naručilac zbog svog značaja ima za cilj obezbeđenje kontinuiteta i kvaliteta u radu servisnih službi, a koje će nama obezbediti kvalitet i brzinu usluga koje pružamo našim pacijentima.

Zakon o javnim nabavkama je predviđao da Potencijalni ponuđači mogu podneti ponude ili samostalno ili sa podizvodjačem ili kao zajednička ponuda ili kao grupa ponuđača.

Naručioc će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije i to u pogledu specifikacije aparata u partiji br.16.

Dalje, u delu koji se tiče kadrovskog kapaciteta, za sve partije osim za partije 13-15 i 17-33, tražite da ponuđači raspolažu sa najmanje 5 radno angažovanih servisera, u skladu sa Zakonom o radu, sa minimum 2 godine iskustva na poslovima servisiranja medicinske opreme na danpodnošenja ponude, od kojih minimum jedan inženjer elektrotehnike, jedan inženjer mašinstva, 3 servisera elektrostrukre. Smatramo da ste navedenim uslovima izvršili diskriminaciju ponuđača jer u skladu sa dokazima koje tražite ne prihvivate nijednu drugu Zakonom o radu određenu vrstu radnog angažovanja osim ugovora o radu na određeno i neodređeno vreme, a u

obavezi ste da prihvate i rad van radnog odnosa u vidu ugovora o dopunskom radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o delu. Takođe, kao i kod tehničkog kapaciteta, odnosno broja teretnih vozila koji ste tražili, smatramo da broj servisera nije u logičkoj vezi sa predmetom javne nabavke proporcionalan broju aparata iz partija. Za servisere ste i precizirali da moraju imati minimum 2 godine iskustva na poslovima servisiranja medicinske opreme na dan podnošenja ponude, od kojih minimum jedan inženjer elektrotehnike, jedan inženjer mašinstva, 3 servisera elektrostrukre. Smatramo ni da navedeno nije u logičkoj vezisa predmetom javne nabavke i da diskriminišete ponuđača, te da su dodatni uslovi propisani za tačno određene ponuđače. Molimo Vas da nam pojasnite iz kog razloga tražite da ponuđači imaju servisere koji minimum dve godine iskustva i da moraju biti tačno navedeni struke jer ovako definisanim uslovom diskriminišete ponuđače. Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije na način naveden u ovom zahtevu, kao i da nam odgovorite čime ste serukovodili kada ste za neke partije tražili ponuđači raspolažu sa dva, a za neke sa pet servisera.

Odgovor:

Imajući u vidu obim javne nabavke, broj aparata u partijama, te i značaj naše ustanove, vrlo je važno da potencijalni može obezreditit dovoljan broj servisera za našu opremu.

Imajući u vidu da potencijalni ponuđači nemaju samo ugovor sa npr. našom ustanovom o servisiranju opreme, već i sa drugim ustanovama širom Srbije i šire, Naručioc mora obezrediti adekvatan kadrovski kapacitet kako ne bi došlo do zastoja u radu/servisiranju servisne službe npr. zbog servisera, korišćenja zakonskog godišnjeg odmora, bolovanja i drugo što bi za cilj imalo odlaganje servisnih intervencija, neodazivanja na poziv sl. Naručioc, zbog svog značaja, ima za cilj obezbeđenje i kontinuiteta i kvaliteta u radu servisnih službi, i u isto vreme nama obezbedio kvalitet i brzinu usluga koje pružamo našim pacijentima.

Naručilac je predvideo da potencijalni ponuđači raspolažu sa minimum 5 radno angažovanih servisera, u skladu sa zakonom o radu sa minimum dve godine iskustva na poslovima servisiranja medicinske opreme, opreme na dan podnošenja ponude, od kojih minimum jedan inženjer elektrotehnike, jedan inženjer mašinstva, tri servisera elektrostrukre, jer su uređaji koji su predmet servisiranja sadrže elektroelement i mašinsko/pneumatske elemente pa je zahtev naručioca u vezi sa predmetom javne nabavke.

Naručilac će prihvati ugovor o radu ili drugi zakonom određen dokument, ali neće uzeti u obzir ugovor o delu jer Član 199. Stav 1 Zakona o radu kaže:

Poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljenja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a koji imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određenje stvari, samostalno izvršenje i određenog fizičkog ili intelektualnog posla.

Tako da Ponuđač čija je pretežna delatnost servisiranje medicinske opreme, ne može imati servisera sa kojim je zasnovao radni odnos na osnova ugovora o delu, jer direkto krži Zakon o radu.

Takođe, imajući u vidu da je Mišljenjem Ministarstva za rad, zapošljavanjem boračka i socijalna pitanja, mišljenje br. 011-00-4/2015-02 i Rešenjem Republičke komisije br. 4-00-1168/2016 od 30.08.2016. potvrđeno je da ugovor o delu za angažovano lice u kome se navodi delatnost koja je regulisana istim, nije dokaz kadrovskog kapaciteta, ako je ponuđač registrovan za istu delatnost, Naručioc neće menjati dodatni uslov u pogledu radno angažovanih servisera.

Naručilac ima saznanje da postoji više ponuđača koji mogu da ispunе minimalne uslove kadrovskog kapaciteta, a Zakon o javnim nabavkama takođe je predviđeo da Potencijalni ponuđači mogu podneti ponude ili samostalno ili sa podizvođačem ili kao zajednička ponuda ili kao grupa ponuđača.

Na strani 10. Konkursne dokumentacije, tražite da za partije 13-33, ponuđači imaju dva radno angažovana servisera koji imaju sertifikate proizvodača za servisiranje opreme u predmetnim partijama. Molimo Vas da izvršite izmenu konkursne dokumentacije na način što ćete prihvativita ponuđači imaju jednog servisera sa sertifikatom izdatim od proizvodača opreme jer smatramo da je takav broj servisera i više nego dovoljan imajući u vidu predmet nabavke po partijama.

Odgovor:

Naručilac je izmenio konkursnu dokumentaciju u delu dodatni uslovi.

Pod tačkom 3.2 za partiju broj 6. Spirometri, inkubatori, reanimacioni stolovi, respiratori, foto lampe, tražite da ponuđači poseduju merni biomedicinski uređaj za ispitivanje uređaja/parametara inkubatora i reanimacionih stolova namenskim kalibriranim mernim biomedicinskim uređajem, u trajanju od 12-30h, sa mogućnošću odabira merenja intervala merenja u opsegu od 1 minut, te da je provera svih parametara potrebno da bude istovremeno (temperatura u 4 tačke, nivo buke ,protok/strujanje vazduha, vlažnost) uz izdavanje pisanih izveštaja sa rezultatima testiranja sa svim parametrima i grafičkim prikazom istih. Molimo Vas za pojašnjenje zašto su bitne navedene karakteristike jer stičemo utisak da se radi o mernom biomedicinskom uređaju tačno određenog proizvodača, sa čijeg uputstva za upotrebu ste prepisali tražene karakteristike, a koji poseduje tačno određeni ponuđač.

Odgovor:

Naručioc ističe da su temperatura u 4 tačke, protok, buka i vlažnost, važni parametri inkubatora koji su od značaja za ispravan rad i kso takvi se moraju testirati istovremeno u određenom vremenskom periodu, sa intervalima uzrokovanja, gde će se evidentirati sve razlike / skokovi / padovi npr. temperature sve 4 tačke, što kao posledicu može imati npr. pregrevanje pacijenta ili pak rashlađivanje.

Ispitivanje inkubatora u trajanju od minimalno 12 do 30 sati, (prihvatljiv je naravno i veći opseg), omogućava nama kao korisniku da imamo dokaz ispravnosti inkubatora, koji održava temperaturu okruženja novorođenčeta, adekvatnu vlažnost, maskimalno dozvoljeno strujanje vazduha, i nivo buke u granicama tolerancije proizvođača. Naručiocu nije važno ko su proizvođači i kakve su njihove tehničke karakteristike, već su da su namenjeni servisiranju medicinske opreme za koju se podnosi ponuda.

U tački 3.3, za partie 1-7, 9, 10, 11, 12, 16,29, 32, tražite da ponuđač poseduje merni biomedicinski uredaj za ispitivanje elektrobezbednosti u skladu sa IEC 60601, a što se izmeđuostalog dokazuje važećim sertifikatom o kalibraciji istog u skladu sa ISO 17025 i primerkom pismenog izveštaja o ispitivanju elektrobezbednosti medicinske opremeza koju se zahtevaprovera elektrobezbednosti iz obrasca ponude. U predmetnj nabavci radi o servisu opreme, za koju je svakako potrebna određena merna oprema, ali ne vidimo svrhu propisivanja da ponuđači poseduju merni biomedicinski uredaj za ispitivanje elektrobezbednosti u skladu sa

IEC 6061 i smatramo da isti nije u logičkoj sa predmetom javne nabavke i da služi da se diskriminišu ponuđači, odnosno favorizuje određeni ponuđač. Molimo Vas da navedeni uslov izbacite iz konkursne dokumentacije i pojasnite iz kog razloga ste za tačno navedene partie tražili predmetni uslov, kada prema našim informacijama isti ne tražite ni pojedini proizvođač opreme koja je predmet javne nabavke. Takođe, nejasno je zašto tražite da ponuđači kao dokaz dostave važeći sertifikat o kalibraciji sa ISO 17025, a ne zahtevate od ponuđača da dostave pored standarda ISO 9001, 14001, 18001 i 13485 i navedeni ISO 17025.

Odgovor:

Merni biomedicinski uredaj za ispitivanje elektrobezbednosti medicinske opreme, u skladu sa IEC 60601 standardom su potrebne iz razloga:

Eventualne opasnosti tzv. „napona i struje dodira“ koji variraju od osećaja peckanja, trajnih posledica po čovekovo zdravlje do smrtnog ishoda, u odnosu na operatera i pacijenta, tj.kada su napon, struja kao i uzemljenje iznad dozvoljenih granica, koje je jasno **uskladio svaki proizvođač medicinske opreme sa standardom IEC 60601**.

Mogućnost identifikacije, korekcije i eliminisanje gore navedenih opasnosti su osnovni razlozi za testiranje električne bezbednosti.

Standard IEC 60601 podrazumeva izvršenje sledećih vrsta električnih merenja medicinske opreme odgovarajuće tačnosti

- Protective Earth Resistance Ground Wire
- Resistance Earth leakage Current
- Ground Wire Leakage Current
- Touch or Enclosure Leakage
- Current Chassis Leakage
- Current Patient Leakage
- Current Lead to Ground Leakage
- Current Patient Auxiliary Leakage Current
- Lead to Lead Leakage Current



- Mains on Applied Part (MAP) Osnovana 1804 Established ~
- Leakage Current Isolation Leakage Current

Naručioc zahteva da ponuđač dostave važeći sertifikat mernog uređaja jer je naručiocu najbitnije merni uređaj kojim se vrši ispitivanje bude ispravan, a to potvrđeno sertifikatom/potvrdom od strane ustanove/laboratorije koja je akreditovana za delatnost koju obavlja.

Naručioc ne može da zahteva da potencijalni ponuđač ispuni uslov posedovanje standarda ISO 17025, jer se posedovanje pomenutog standarda odnosi kompetentnost laboratorije za etaloniranje i ispitivanje, kako je već navedeno.

U tački 3.4, za partije 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 29, 32 tražite da ponuđa poseduju kalibrirani merni biomedicinski uređaj za ispitivanje parametra uređaja navedenih u partijama, za aparate za koje se zahteva ispitivanje istih.

Molimo Vas da nam pojasnite parametre koje ste naveli za partije 6 i 16, s obzirom da oprema koju zahtevate nije oprema koja se koristi po preporuci proizvođača opreme.

Odgovor:

Naručioc je definisao dodatne uslove prema svojim potrebama i jasno definisao parametre koje je potrebno ispitati mernim uređajem, imajući u vidu značaj opreme koja se servisira a sve sa ciljem potvrde ispravnosti uređaja koji se servisira.

To u prevodu znači da korisnik želi da ima izveštaj koji dokazuje da li uređaj zaista isporučuje radne parametre.

Naručioc ističe da postoji više ponuđača koji ispunjavaju dodatni uslov.

Komisija za JNOP 19/18