

Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 23.03.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 1:

1.Naručilac je na naša pitanja odgovorio ali je sigurno greškom izostavio odgovor da odvoji delove za reverznu Osmozu Osmonics i dejonizator vode Aplio .

Nemoguće je da potencijalni ponuđač dostavi ispravnu ponudu (vezano za tehničke karakteristike jer visoko pritisna pumpa i RO membrane nisu isti za gore navedenu Reverznu osmozu i dejonizator vode) ,i samim tim je cena različita.

Molimo Vas da odvojite posebno visoko pritisnu pumpu i RO membranu za Ro Osmonics i Dejonizator vode.

Odgovor 1:

Biće izmenjena konkursna dokumentacija.

2.Naručilac u KD za partiju 33 najčešće rezervni delovi zahteva garanciju na rezervne delove od 6 meseci,a to je nemoguće ispuniti za stavku mešana masa .

Obrazloženje: Mešana masa ili Miks bed masa se vodi kao potrošni materijal u dejonizatoru vode I njena zamena je direktno zavisna od potrošnje vode korisnika,kvaliteta ulazne vode i ispravnosti Reverzne osmoze i omekšivača.

Potencijalni ponuđač mogao bi dati garanciju 6 meseci ,ali cena mase dostigla bi nerealnu cenu zamene jer ponuđač mora da uračuna u tu cenu i zamenu mase koju bi morao menjati „u garantnom roku“ .

Iz tih razloga se daje proizvođačka garancija da se prilikom njene zamene provodnost vode mora biti ispod 0,09 mic simensa /cm2,i ona kao takav proizvod se ne vodi kao rezervni deo.

Odgovor 2:

Mešana masa nije rezervni deo, već kako ste naveli potrošan materijal. Garancija od 6 meseci sa ne odnosu na potrošan materijal, nego na rezervne delove.

3.Jedinica mere je 1litar a pakovanje 25litara,šta upisati u kolonu cena rezervnog dela za mešanu masu.

Odgovor 3:

Biće izmenjena konkursna dokumentacija.

Komisija za JNOP 06/17