



Opšta bolnica Pančevo
Miloša Trebinjca broj 11
Pančevo
Datum: 17.03.2017. godine

Predmet: Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima u vezi sa pripremanjem ponude

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama objavljujemo odgovor na pristigla pitanja:

Pitanje 1:

U konkursnoj dokumentaciji u dodatnim uslovima na strani 9 za partije broj 1-7, 9, 10, 11, 12, 16, 29, 32 stoji: „Ponuđač raspolaže sa mernim biomedicinskim uređajem za ispitivanje parametara uređaja navedenih u predmetnim partijama. Dokaz: Primerak izveštaja o testiranju. Za sve merne biomedicinske uređaje potrebno je dostaviti dokaz da je isti etaloniran“.

Od koje referentne ustanove u Srbiji ćete priznati izvršeno etaloniranje navedenih mernih biomedicinskih uređaja kao validno?

Odgovor 1:

Naručilac ne zahteva da etaloniranje tj kalibraciju uređaja izvrši određena referentna ustanova, već to pravo odabira isključivo pripada imaocu uređaja. Naručiocu je najbitnije da merni uređaj kojim se vrši ispitivanje bude ispravan, a to potvrđeno sertifikatom/potvrdom od strane ustanove/laboratorije. Potrebno je da ustanova/laboratorija bude akreditovana u skladu sa ISO 17025.

Komisija za JNOP 06/17